

血氯(Cl)含量(硫氰酸汞终点比色法)检测试剂盒

[微板法 96 样](#)

产品简介:

氯离子与硫氰酸汞作用，生成难以解离的氯化汞，并释出等量的硫氰酸根离子，再和试剂中的铁离子结合生成橙红色的硫氰酸铁，在 480nm 波长处测试，其显色强度与氯离子浓度成正比。

所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。